

Priloga 2: Oprema za NMP

1. Vsaka dislocirana ambulanta, ki ni v zgradbi, v kateri so prostori enote za NMP, mora imeti naslednjo opremo:
 - reanimacijski kovček,
 - kisikovo jeklenko (5 l) s priborom,
 - polavtomatski defibrilator (če ni mogoče zagotoviti defibrilacije v 3 minutah),
 - stojalo za infuzijo.
 2. Zdravstvena postaja mora imeti naslednjo opremo:
 - reanimacijski kovček,
 - kisikovo jeklenko (5 l) s priborom,
 - antišok komplet,
 - EKG,
 - defibrilator,
 - vozilo zdravnika (terensko vozilo s štirikolesnim pogonom).
 3. Urgentna ambulanta v zdravstvenem domu mora imeti pri enoti C, B in A (ena ekipa) naslednjo opremo:
 - reanimacijski kovček zdravnika,
 - kisikovo jeklenko (5 l) s priborom,
 - EKG,
 - defibrilator.
- Zdravstveni dom iz te točke mora imeti tudi:
- dovozno pot za vozila,
 - ambulanto za zdravnika (vsaj 12 m²),
 - ambulanto za posege (20 m²),
 - čakalnico,
 - sestrski prostor,
 - prostor za dežurnega zdravnika in sanitarije/tuš,
 - prostor za preostale dežurne v ekipi in sanitarije/tuš,
 - sanitarije za poškodovanca ali pacienta.
4. Za PHE veljajo pogoji iz prejšnje točke, poleg tega pa še:
 - standard se prilagaja številu ekip,
 - ultrazvok,
 - klinični laboratorij.