

OZNAČEVANJE VZORCEV

Vzorci, ki se pošiljajo v laboratorijsko preiskavo, morajo biti označeni z neponovljivo številko vzorca, ki je izpisana v obliki črtne kode. Črtne kode se tiska na samolepilne etikete velikosti cca. 4 x 1 cm. Materiali in tisk morajo zagotavljati obstojnost in čitljivost ob običajnem rokovanju v hlevskih pogojih (npr. odpornost na vodo, kri in temperaturne spremembe).

Da ne pride do podvajanja števil za označevanje vzorcev, se številke za vzorčenje dodeljujejo centralno. Veterinarske organizacije, dobavitelji epruvet in druge laboratorijske embalaže ali dobavitelji samolepilnih etiket morajo od VURS predhodno pridobiti nabor (talon) števil, ki jih smejo uporabljati. Veterinarske organizacije oziroma dobavitelji morajo zagotavljati neponovljivost izpisovanja števil iz dodeljenega nabora. Računalniški program EPI bo onemogočal vnos oziroma odčitavanje podvojenih števil.

Za namen systemskega sledenja vzorca (epruvete,...) od odvzema vzorca do zaključka preiskave in nedvoumne povezave med vzorcem in živaljo oziroma objektom ali gospodarstvom se mora tiskati enaki samolepilni etiketi v paru. Ena etiketa je namenjena označitvi vzorca, druga se uporabi za zapisnik. Na etiketi mora biti dodaten prostor za dopisovanje ID številke ali druge identifikacije, kot je razvidno iz slike, ki je sestavni del te priloge. Epruvete za namene množičnega vzorčenja (npr. bruceloza, enzootska goveja levkoza,...) morajo biti vnaprej opremljene s parom etiket z isto črtno kodo. Prva etiketa mora biti trajno nalepljena na epruveto, drugo pa veterinar odlepi in jo uporabi za zapisnik pri ustrezni živali. Za vzpostavitev povezave med živaljo in vzorcem veterinar pri samem odvzemu krvi (npr. pri govedu) z ušesa v prazen prostor na etiketi prepiše še zadnje štiri številke ID številko živali.

Za označevanje odvzetih vzorcev za preiskave spongiformnih encefalopatij se uporablja po 6 enakih črtnih kod.

Slika: primer označitve vzorca - etiketa

