

Priloga 1
VRSTA IN OPIS OPREME

	VRSTA OPREME	OPIS
1.	OSEBNI ELEKTRONSKI DOZIMETER	Merjenje količine Hp(10) in Hp(007) v skladu z ICRU 39 Energijsko območje: 30 keV do vsaj 2 MeV, Natančnost določitve doze: $\pm 30\%$ Merilno območje – doza: 1 μSv do (vsaj) 100 mSv Merilno območje – hitrosti doze: 1 $\mu\text{Sv/h}$ to 100 mSv/h Alarm: audio in video alarm Nastavitve alarmnih nivojev: Doza, hitrost doze, dnevna doza Dostaviti s kalibracijskim certifikatom
2.	TERMOLUMINISCENČNI DOZIMETER (TLD)	TLD je pasivni dozimeter z materialom, ki beleži osebno dozo uporabnika, ki je posledica gama sevanja in doze nevtronov. Po uporabi osebno dozo odčita pooblaščen izvajalec dozimetrije. TLD ima kodo, ki pove priimek in ime uporabnika in njegovo osebno dozo.
3.	KALIBRIRAN TRAČNI METER	Kalibriran s certifikatom o kalibraciji z rezultati meritev. Merilna razdalja do 5 m. Merilna ločljivost 1 mm.
4.	KALIBRIRAN LASERSKI MERILNIK RAZDALJ	Kalibriran s certifikatom o kalibraciji z rezultati meritev Ekran/iskalnik cilja, prilagodljiva svetlost ekrana Vgrajeno merjenje nagiba do $\pm 45^\circ$ Natančnost merjenja: $\pm 1,0$ mm in $\pm 2^\circ$ Merilna razdalja do 200 m Zaščiten pred dežjem in prahom (IP 54) Odporen na udarce Lasten obnovljiv vir napajanja Etui za shranjevanje in nošenje Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku
5.	KALIBRIRAN MERILNIK OSVETLJENOSTI VIDNE SVETLOBE	Kalibriran s certifikatom o kalibraciji z rezultati meritev LCD zaslon z digitalnim zapisom Merilno območje od 0 Lx (luksov) Ločljivost 0.1 Lx Natančnost merjenja $\pm 5\%$ Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku
6.	KALIBRIRAN MERILNIK TEMPERATURE IN VLAŽNOSTI V ZRAKU	Kalibriran s certifikatom o kalibraciji z rezultati meritev LCD zaslon z digitalnim zapisom Območje merjenja temperature od -25 do 70,0 stopinj C Območje merjenja vlažnosti od 0.0% do 100%

7.	KALIBRIRAN MERILNIK HITROSTI VETRA	Kalibriran s certifikatom o kalibraciji z rezultati meritev LCD zaslon z digitalnim zapisom Območje merjenja od 0,7 do 42 m/s oziroma od 2.5 do 150 km/h Natančnost ± 4 %
8.	PRENOSNI RAČUNALNIK ZA VARNO OBDELAVO PODATKOV	Minimalne zahteve: - računalnik mora imeti vgrajen kripto trdi disk z naslednjimi lastnostmi: - modul za šifriranje podatkov mora biti vgrajen v kripto disk in mora biti realiziran s strojno opremo (HW modul), - šifrirni algoritmi, način njihove uporabe in izvedba celotnega kriptografskega modula morajo ustrezati vsaj FIPS 140-2 Level 3, - ob zagonu HW kripto modula se mora izvesti dvonivojska avtentikacija (npr. kripto uporabniški račun z geslom in zunanji zagonski ključ); - kripto disk mora ustrezati MIL-STD-810G, - delovanje kripto diska mora biti neodvisno od uporabljene računalniške strojne opreme - delovanje kripto diska mora biti neodvisno od na računalnik nameščene systemske in uporabniške programske opreme, - kapaciteta kripto diska mora biti najmanj 120GB, uporabljena tehnologija HDD ali SSD - izvedba računalnika mora omogočati neodvisno in samostojno generiranje kriptografskih ključev ter upravljanje kriptografskega sistema - kripto disk mora izvirati (razvoj in proizvodnja) iz ene izmed držav članic NATO/EU - izvedba računalnika mora biti v uporabi v NATO/EU ali kakšni od držav članic - prenosni računalnik mora imeti TEMPEST certifikat SDIP-27 Level B; - uporaba računalnika možna tudi v službenem vozilu
9.	ELEKTRIČNI NAPAVALNIK 12/220V	Za napajanje računalnika in tiskalnika iz službenega vozila s priklopom na vtičnico za 12 V. Moč napajalnika najmanj 300 W.
10.	OPTIČNA LUPA	Lastni vir svetlobe Najmanj šestkratna povečava
11.	NAGLAVNA SVETILKA	Mobilna LED svetilka Visokozmogljive LED diode Multifunkcijski način nošenja/pritrditve: glava, čelada Lahka in zmogljiva Li-ion baterija ali enakovredno z ustreznim polnilcem Čas delovanja glede na moč svetilnosti: visoka moč/srednja/nizka: 3/6/24 ur ali več
12.	ROČNA AKUMULATORSKA SVETILKA	Moč najmanj 200 Lm (lumnov) Dolžina snopa najmanj 200 m Obnovljivi vir napajanja Omogočanje svetilnosti najmanj 24 ur.
13.	TIPSKA TABLA ZA UGOTAVLJANJE LOČJIVOSTI VARNOSTNIH KAMER	Pano z belimi liki: krog, kvadrat in trikotnik, na temni podlagi razporejeni horizontalno Višina posameznega lika je 30 cm.

14.	URA ŠTOPARICA	LCD zaslon, ki kaže: uro/dan/mesec/leto časovna razdelitev 12 in 24 ur merjeni čas do 8 ur spomin za najmanj 60 merjenih časov natančnost 1/100 sekunde. Trak za nošenje
-----	---------------	---