

PRILOGA V**Zadrževalni ukrepi in zadrževalne stopnje**

Uvodno pojasnilo

Ukrepi, navedeni v tej prilogi, se uporabljajo ob upoštevanju vrste dejavnosti, ocene tveganja za delavce in vrste določenega biološkega dejavnika.

Oznaka »Priporočljivo« v preglednici pomeni, da je ukrepe treba uporabljati, razen če rezultati ocene tveganja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika kažejo nasprotno.

A. Zadrževalni ukrepi	B. Zadrževalne stopnje		
	2	3	4
Delovno mesto			
1. Delovno mesto naj bo ločeno od vseh drugih dejavnosti v isti stavbi	Ne	Priporočljivo	Da
2. Delovno mesto mora biti možno nepropustno zapreti, da se ga da dezinficirati	Ne	Priporočljivo	Da
Objekti/prostori			
3. Z okuženim materialom, vključno z vsemi živalmi, je treba ravnati v varnostni sobi, izolatorju ali drugem ustreznem zaprtem sistemu	Kjer je to ustrezno	Da, kadar se okužba prenaša po zraku	Da
Oprema			
4. Dovajani in odvajani zrak na delovnem mestu je treba prečistiti z uporabo (HEPA ¹) ali na podoben način	Ne	Da, odvajani zrak	Da, dovajani in odvajani zrak
5. Na delovnem mestu je treba vzdrževati tlak, nižji od atmosferskega	Ne	Priporočljivo	Da

6. Površine, ki so vodotesne in preproste za čiščenje	Da, delovna miza in tla	Da, delovna miza, tla in druge površine, določene z oceno tveganja	Da, delovna miza, stene, tla in strop
7. Površine, odporne na kisline, baze, topila, razkužila	Priporočljivo	Da	Da
Ureditev dela			
8. Dostop je dovoljen samo pooblaščenim delavcem	Priporočljivo	Da	Da, skozi zračno zaporo ²
9. Učinkovit nadzor nad prenašalci, npr. glodavci in žuželkami	Priporočljivo	Da	Da
10. Posebni dezinfekcijski postopki	Da	Da	Da
11. Varno shranjevanje biološkega dejavnika	Da	Da	Da, zavarovano skladišče
12. Osebe se mora oprhati, preden zapusti nadzorovano območje	Ne	Priporočljivo	Priporočljivo
Odpadki			
13. Validiran postopek inaktivacije za varno odstranjevanje živalskih trupel	Priporočljivo	Da, v obratu ali izven obrata	Da, v obratu
Drugi ukrepi			
14. Laboratorij mora imeti lastno opremo	Ne	Priporočljivo	Da
15. Potrebno je opazovalno okno ali druga rešitev za opazovanje prisotnih v prostoru	Priporočljivo	Priporočljivo	Da

(¹) HEPA: visokoučinkoviti zračni filter za delce (High Efficiency Particulate Air).

(²) Zračna zapora: obvezen vstop skozi zračno zaporo, ki je od laboratorija ločen prostor. Čista stran zračne zapore mora biti ločena od strani, za katero veljajo omejevalni ukrepi, s prostori za preoblačenje ali prhanje in po možnosti z avtomatskim sledilnim zapiranjem vrat.